

INFORMAÇÃO:

Atendendo pedido de informação/esclarecimentos realizado via e-mail, pela empresa SUPRIMED SUL, realizado em 26 de junho de 2017, inerente aos itens 44, 45 e 46, onde questiona a curvatura e o diâmetro da agulha.

Logo, conforme contato e manifestação de Secretaria da Saúde (resposta via e-mail), a curvatura e o diâmetro, são:

- Curvatura 3/8;
- Circunferência 2,0 cm.

Para todos os itens.

Sertão, 27 de junho de 2017.


JONATAN DANIEL HAACK
Sec. de Planejamento, Projetos e Gestão

Licitação

De: Sec. Saúde <saude@sertao.rs.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 26 de junho de 2017 15:40
Para: 'Licitação'
Assunto: RES: Pedido de Esclarecimento PP 28/2017 PM Sertão

Todos os itens com as seguintes descrição

Curvatura3/8

Circunferência 2,0 cm

De: Licitação [mailto:licitacao@sertao.rs.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 26 de junho de 2017 09:54
Para: saude@sertao.rs.gov.br
Assunto: ENC: Pedido de Esclarecimento PP 28/2017 PM Sertão

Em anexo te envio o edital;

Att

De: Licitação [mailto:licitacao@sertao.rs.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 26 de junho de 2017 09:50
Para: saude@sertao.rs.gov.br
Assunto: ENC: Pedido de Esclarecimento PP 28/2017 PM Sertão

Esclareça;

Att

Leonara

De: Suprimed Sul - Licitações [mailto:licitacoes@suprimedsul.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 26 de junho de 2017 09:29